



제16-0296호

# 안 전 인 증 서

## [주]와이즈산전

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

### 품 목

Non-metallic protection tube Thermocouple

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
R970 Series	- Resistance: 0.4~40 ohm/m - Voltage: 0~80 mV	16-GA2BO-0296
	Ex d IIC T6	

### 인 증 기 준


방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

### 인 증 조 건

뒷면 참조

2016 년 04 월 07 일

한국가스안전공사 사장





# 인 증 조 건

## 1. 제조공장

- 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 에 위치한 (주)와이즈산전 에서 제조하는 제품에 한함

## 2. 제품개요

- 본 기기는 고용노동부 고시에 따른 일반사항 및 내압, 안전증 방폭구조의 요구사항에 적합하게 설계되었고 IEC60529에 따른 IP65의 보호등급을 만족하는 제품임

## 3. 인증범위

- Base model: R971, R972

## 4. 안전한 사용을 위한 조건

- 가. 사용 전 사용설명서를 참조할 것
- 나. Tamb = - 40 ℃ ~ + 65 ℃
- 다. Sealing fitting 또는 Cable gland는 동등이상의 방폭인증을 받은 제품을 사용할 것

## 5. 인증(변경)사항

## 6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

